

# Terveydenhuollon valtakunnallinen hankintaseminaari 9.10.2018

Näkemyksiä terveysteknologian hyvästä hankinnasta

Ilpo Tolonen

Toimitusjohtaja

Docrates Syöpäsairaala



# Hankinta:

## 3 Teslan magneettikuvauslaite syövän kuvantamiseen

- Ensisijainen käyttötarkoitus
  - Syövän diagnostiikka
  - Syövän hoidon seuranta
  - Sädehoidon MR-pohjainen suunnittelu ja simulointi (vartalo, eturauhanen, rinnat, keskushermosto)
- MR-kuvantamisessa painotamme erityisesti korkeaa kuvanlaatua
- Muuta:
  - Kelat, sekvenssit, analyysiohjelmit ja laitteet
  - Tutkimus- ja/tai tuotekehitysyhteistyö
  - Edellisen MR-kuvauslaitteen purku- ja siirtotyöt ja uuden MR-kuvauslaitteen asennustyöt
  - Edellisen laitteen mahdollinen hyvitys
  - Asennuksen aikainen magneettikuvauslaitteen tilapäinen käyttö
  - Elinkaarikustannukset 7 vuoden ajalta: hankinta- ja rahoituskustannukset, takuu-aika, huoltosopimukset (ml. määräaikaishuollot, vikakorjausten varaosat ja työt sekä laitteisto- ja ohjelmistopäivitykset sekä käyttö- ja muut koulutukset)
  - Rahoitusmalliehdotukset (käteisosto, leasing, osamaksusopimus, rahoituspaketti)



# Hankinta:

## 3 Teslan magneettikuvauslaite syövän kuvantamiseen

- Moniammatillinen hankintatiimi
  - Radiologi, onkologi, sairaalafyysikko, röntgenhoitaja, talousjohtaja
- Tarjottujen laitteiden pisteytys usealta eri kannalta
  - Kuvan laatu, referenssit, vierailut
  - Hoidon suunnittelu ja seuranta
  - Käytettävyys
  - Potilaan kokemus
  - Toimintavarmuus, huollot
  - Ekonomia laitteen elinkaaren aikana
- MR-kuvantamisessa painotamme erityisesti korkeaa kuvanlaatua
  - Paras mahdollinen tieto syövästä ja sen levinneisyydestä => paras mahdollinen hoitosuunnitelma ja hoitotulos
  - Edelläkävijäisyys ja kilpailukykyisyys vs. muut sairaalat





**D**CRATES  
CANCER CENTER